


Kalibrierschein Nr. / calibration certificate no. 870

Hersteller (manufacturer)	E. Zoller GmbH & Co. KG
Aufnahme / Bezeichnung (tool holder / discription)	Kalibrierlehre A »genius s« (calibration gauge A »genius s«)
Artikel-Nr. / Serien-Nr. (item-no. / serial-no.)	9100292 / -
Kunde (customer)	Zoller India Private Ltd., Indien
Auftragsnr. (purchase no.)	0ZR96302
Messgerät / Type-Serien-Nr. (measuring machine / type serial no.)	-
Prüfmittel / Bezeichnung, Prüfmittel-Nr. (test instrument / discription, no.)	-
Prüfplatz Spindel (measuring station spindle)	1AM
Prüfplatz Messgerät (test station measuring machine)	-
Gültigkeit (validity)	3 Jahre (years) / 31.12.2023


Soll / nominal	\perp	0.005	B
Ist / actual	\perp	0.003	B

Soll / nominal	\parallel	0.01	B
Ist / actual	\parallel	0.002	B



Firma company	Datum date	Leitung Kalibrierung und Kontrolle head of calibration and controlling	Bearbeiter person in charge
E. Zoller GmbH & Co. KG Einstell- und Messgeräte Gottlieb-Daimler-Straße 19 D-74385 Pleidelsheim Tel.: +49 7144 8970-0 E-Mail: post@zoller.info	01.01.2021		

Dieser Kalibrierschein wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig.
This calibration certificate was created by machine and is valid without signature



Rev. 2021-01-01 / 00 / w1
Technische Änderungen vorbehalten
 E. ZOLLER GmbH & Co. KG | Einstell- und Messgeräte
 Gottlieb-Daimler-Straße 19 | D-74385 Pleidelsheim
 Tel. +49 7144 8970-0 | Fax +49 7144 8060807
 post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER
Erfolg ist messbar